

ОПШТА БОЛНИЦА  
СРЕМСКА МИТРОВИЦА  
СТАРИ ШОР 65  
БРОЈ: 1/1469  
ДАНА: 28.12.2015.  
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 45 – Дијализатори и материјал за дијализу за све типове машина

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама обавештавамо Вас следеће

Поштовани,  
дана 07.12.2015. године примили смо Захтев број 1/1468 за појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 45 – Дијализатори и материјал за дијализу за све типове машина.

#### **ПИТАЊА:**

##### **Питање бр. 1:**

Молим Вас да нам појасните који доказ тражите да добро понуђено у партији 9 одговара техничким карактеристикама дефинисаним у Конкурсној документацији за ЈН бр. 45.

##### **Питање бр. 2:**

Назив добра дефинисаног у Партији 9 - Раствор Натријум-хлорида, „Физиолошки раствор (NaCl) за инфузију 0,9%, за дијализни третман, са инфузионом линијом, паковање по литру“, КД за ЈН бр. 45, није у складу са Правилником о стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Службени Гласник РС“ бр. 88/12, 41/13, 36/14 и 37/14, у даљем тексту Правилник). С тим у вези, молим вас да назив добра које сте дефинисали у Партији 9 ускладите са наведеним важећим Правилником, тако да гласи „Физиолошки раствор, 0,9% NaCl за припрему и завршетак ХД третмана са одговарајућим системом за инфузију.“

#### **ОДГОВОР:**

**Уз консултацију стручних чланова комисије констатовано је следеће:**

Поводом захтева за појашњење Конкурсне документације, за јавну набавку број 45 – Дијализатори и материјал за дијализу за све типове машина, обавештавамо Вас:

##### **Одговор бр.1:**

Као доказ неопходно је да понуђач достави бесповратни бесплатан узорак за предметно добро у партији 9, како би комисија приликом стручне оцене и прегледа понуда утврдила да ли је понуђено добро компатибилно са линијом Fresenius и са линијом Hospal Innova.

Уколико комисија утврди да понуђено добро није компатибилно са наведеним линијама апарата, наручилац ће понуду одбити као неприхватљиву.

Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку број 45 – Дијализатори и материјал за дијализу за све типове машина биће објављена на Порталу јавних набавки, као и интернет страници наручиоца.

**Одговор бр.2:**

Комисија за предметну јавну набавку извршиће Измену и допуна конкурсне документације, тако што ће назив траженог добра у партији 9 прилагодити у складу са Правилником о стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Службени Гласник РС" бр. 88/12,41/13,36/14 и 37/14).

Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку број 45 – Дијализатори и материјал за дијализу за све типове машина биће објављена на Порталу јавних набавки, као и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

  
